

Radziejowice, dnia: 07.07.2020 r.

GMINA RADZIEJOWICE

ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
powiat żyrardowski, woj. mazowieckie
tel. 46 857 71-71, fax 46 857 71-20
NIP 838-14-26-414 REGON: 750148414

.....
(pieczęć nagłówkowa Zamawiającego)

Nr sprawy: GCO.272.4.3.2020.EU

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„Zakup i dostawa kompletu wyposażenia (pracownia chemiczna 30-stanowiskowa) do MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ w SP w Radziejowicach”

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: **„KREATYWNÍ Z GMINY RADZIEJOWICE – III edycja”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wójt Gminy Radziejowice, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U, z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą Pzp”, informuje wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu, że wniesiono pytania dotyczące zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz załączników do SIWZ stanowiących jej integralną część. Ponadto, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz zmienia treść załączników do SIWZ.

Pytanie nr 1:

1.STOLIKI 3-osobowe

Czy płytki elektryczne zamontowane w stolikach uczniowskich oprócz zacisków +/- powinny posiadać indywidualną regulację /V/ oraz aktualny odczyt na mierniku wbudowanym w płytkę.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK

Pytanie nr 2:

Czy zasilenie płytek zamontowanych rozprowadzone ma być z zasilaczy zamontowanych w stole demonstracyjnym

Odpowiedź na pytanie nr 2:

TAK

Pytanie nr 3:

Czy do stanowiska uczniowskiego doprowadzony ma być tylko prąd stały.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

TAK

Pytanie nr 4:

2 .KANAL ZASILAJĄCY

Jaki doprowadzony prąd jakie gniazda i jaka ich ilość?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Prąd stały, 6 pojedynczych gniazd wodoszczelnych (po 1 na każdej z 5 części kanału zasilającego dla uczniów i 1 na części kanału zasilającego dla nauczyciela).

Pytanie nr 5:

Ile zaworów gazowych?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

6 szt. (po 1 na każdej z 5 części kanału zasilającego dla uczniów i 1 na części kanału zasilającego dla nauczyciela).

Pytanie nr 6:

Ile zlewów polipropylenowych 350x350 i w jakiej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

6 szt. (po 1 na każdej z 5 części kanału zasilającego dla uczniów i 1 na części kanału zasilającego dla nauczyciela).

Pytanie nr 7:

Ile baterii wodnych?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

6 szt. (po 1 na każdej z 5 części kanału zasilającego dla uczniów i 1 na części kanału zasilającego dla nauczyciela).

Pytanie nr 8:

3 BIURKO DEMONSTRACYJNE.

Czy biurko demonstracyjne ma nie posiadać wody?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Biurko demonstracyjne bez wody, pomiędzy biurkiem demonstracyjnym a biurkiem 1-szafkowym wstawiona część kanału zasilającego do wykorzystania przez nauczyciela.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania dokonano modyfikacji Załącznika nr 2 do SWIZ – „Formularz ceny” oraz Załącznika nr 3 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, które stanowią integralną część SIWZ – załączniki te Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.radziejowice.pl,

Wykonawcy zobowiązani są do składania oferty w oparciu o zmodyfikowane załączniki do SIWZ

Mając powyższe na uwadze Zamawiający, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania ofert** w niniejszym postępowaniu i wyznacza go na dzień:


14 lipca 2020 roku do godz. 09:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 09:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Radziejowicach ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice (sala konferencyjna).

Załączniki:

Załącznik nr 2b do SWIZ – „Formularz ceny dla części II zamówienia” - zmodyfikowany

Załącznik nr 3b do SIWZ – „OPZ dla części II zamówienia” – zmodyfikowany

Z up. WÓJTA

mgr Artur Jankowski
ZASTĘPCA WÓJTA